

Anexo Técnico de Acreditação L0407-1

Accreditation Technical Annex

A entidade a seguir indicada está acreditada como **Laboratório de Ensaios**, segundo a norma **NP EN ISO/IEC 17025:2018**

The body indicated below is accredited as a Testing Laboratory according to ISO/IEC 17025

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Laboratório de Contadores de Água

Endereço Avenida de Berlim, 15
Address 1849-033 Lisboa

Contacto Vitor Rocha
Contact

Telefone 218 552 162
Fax 218 552 813
E-mail contadoresdeagua.epal@adp.pt
Internet www.epal.pt

Resumo do Âmbito Acreditado

Accreditation Scope Summary

Características metrológicas e funcionais

Metrological and functional characteristics

Nota: ver na(s) página(s) seguinte(s) a descrição completa do âmbito de acreditação.

Note: see in the next page(s) the detailed description of the accredited scope.

Este Anexo Técnico é válido desde 2026-02-03 e substitui o(s) anteriormente emitido(s) com o mesmo código.
Este Anexo Técnico pode ser sujeito a modificações, suspensões temporárias e eventual anulação, pelo que a sua atualização e validade devem ser confirmadas no Diretório de Entidades Acreditadas do IPAC, disponível em www.ipac.pt ou clicando na ligação abaixo:
<http://www.ipac.pt/docsig/?0IB2-NG45-1P8Q-Y2Z4>

This Technical Annex is valid from the date on the left and replaces those previously issued with the same code. Its validity can be checked in the website hyperlink on the left.

Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias:

Testing may be performed according to the following categories:

- 0 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório
- 1 Ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis
- 2 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas

- 0 Testing performed at permanent laboratory premises
- 1 Testing performed outside the permanent laboratory premises or at a mobile laboratory
- 2 Testing performed at the permanent laboratory premises and outside

Anexo Técnico de Acreditação L0407-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Laboratório de Contadores de Água

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS E FUNCIONAIS <i>METROLOGICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS</i>				
1	Contadores de água limpa fria (Gama: DN 15 a DN 350)	Determinação de Características e Propriedades Metrológicas e Funcionais: - Ensaios de Pressão (estanquicidade); (intervalo de medição: 0 a 40 bar) Regulamento do Controlo Metrológico dos instrumentos de medição - Portaria nº 321/2019, de 19 de setembro	NP 2938:2023 NP EN ISO 4064-2:2020 secção 7.3 P.006.09	0
2	Contadores de água limpa fria (Gama: DN 15 a DN 350)	Determinação de Características e Propriedades Metrológicas e Funcionais: - Ensaios para determinação dos erros de medição em função do caudal; (intervalo de medição: 3 a 500000 dm³/h) Regulamento do Controlo Metrológico dos instrumentos de medição - Portaria nº 321/2019, de 19 de setembro	NP 2938:2023 NP EN ISO 4064-2:2020 secção 7.4 P.058.09	0
FIM END				

Notas:

Notes:

- Os documentos normativos indicados com (*) encontram-se anulados, não estando em causa a validade técnica dos mesmos.